

SULLE SPONDE DEL TICINO - EMOCLINIC SYMPOSIUM


STRESA 8 maggio 2015

Regina Palace Hotel

# PRESENTAZIONE CLINICO-ASSISTENZIALE DI UN CASO e . . . . .

*CPSI. Tomasoni Adriano*

S.S.v.D Elettrofisiologia - Cardiolazione



# CASO CLINICO

Sig. S.G. maschio di 69 anni

Fdr : familiarità per C.I., iperteso, dislipidemico



- 02/2006

**STEMI** antero-laterale CORO;Dx esente da stenosi, IVA occlusa, CX con stenosi critica e TC borderline > **PTCA+DES** su CX (alla scinti necrosi della parete anteriore, apice e setto).

FE 30%

- 04/ 2006

ricovero urgente per dispnea ingravescente ed angor  
TC instabilizzazione di placca sottoposto ad intervento di **BY-PASS**, aneurismectomia e plastica ventricolare.

# Anamnesi



- 10/2006

Confermata la bassa FE (31%) e assenza di dissincronia interventricolare esegue **IMPIANTO** ICD VVI in prevenzione primaria.

- 2007/2013

Regolari controlli del dispositivo con FE stabile circa 35%.

- 03/2014

Visita : dispnea da sforzo , ECO FE 21% , al controllo ICD che risulta in fase di scarica e con presenza di decubito della tasca.

# Anamnesi



- 05/2014  
Sostituzione ICD e revisione della tasca con rimozione del tessuto granulomatoso flogistico che risulta essere positivo per *Staphylococcus Epidermidis* nonostante la terapia antibiotica.
- 06-07/2015  
Progressione dell'infezione nella ferita chirurgica
- 07/2014  
Programmato intervento per espianto integrale del sistema ICD.

# ASSISTENZA = ORGANIZZAZIONE

- La Caposala informa l'equipe della procedura;
- Conoscenza del caso e il tipo di sistema impiantato;
- Verifica del materiale necessario;
- Allertamento del cardioanestesista;
- Controllo allestimento della sala operatoria.



# ACCETTAZIONE ACCOGLIENZA DEL PZ



- Passaggio di consegna del pz tra inf. di corsia e di sala con la relativa documentazione clinica;
- Trasferimento da barella - lettino operatorio con ausili di translazione trasversale, e applicazione dei dispositivi di confort/sicurezza: reggibraccia, coperta termica, .... .

# MONITORIZZAZIONE - VIGILARE

- Parametri vitali: ECG -PA - SPO<sub>2</sub> ... ;
- Controllo accesso venoso, pervio e di adeguato calibro per la somministrazione farmaci ;
- Applicazione delle piastre del defibrillatore esterno e del elettrobisturi;
- Controllo della sede chirurgica;
- Check point - OK : start al medico.



# INTERVENTO



- Relazione costante con il paziente sulle manovre a cui sarà sottoposto, .....
- Vigilanza continua del pz e dello svolgimento della procedura;
- Prevedere le probabili situazioni avverse ;
- Contenere ansia / stress .

# COME SI SVOLGE L'ESTRAZIONE ?

- La tecnica usata a Novara è quella della dissezione meccanica con l'ausilio delle guaine di vario calibro da 7 a 16 Fr , per questo tipo di procedura è indispensabile irrigidire l'elettrocattetere con uno stiletto autobloccante per la manovra di trazione e dilatazione allo scopo di scollare dalle aderenze fibrotiche presenti lungo il suo decorso nella vena cava superiore. Manovra da praticare con molta calma e la dovuta energia nella trazione e dilatazione per evitare le complicanze come la dissezione o rottura della vena cava.




# OCCORRENTE PER ESTRAZIONE




# COSA SUCCEDE IN SALA .....



# COME FUNZIONA .....



# COME SI AGGANCIA .....



OK TUTTO BENE

Extraction team



+

KEEP  
CALM  
AND  
è tutto  
finito




# ASSISTENZA POST-INTERVENTO

- Informiamo il pz che l'intervento è terminato e di cosa faremo di seguito ;
- Rimuoviamo la teleria del campo operatorio,
- Confezioniamo la ferita con una medicazione a piatto ;
- Avvisiamo il reparto di degenza per il trasferimento



# DIMISSIONE DALLA S.O.

- Smonitorizzazione , lasciano applicate le piastre per la defibrillazione esterna ;
- Trasferimento da lettino a barella ;
- Passaggio di consegna tra gli operatori infermieristici con la relativa documentazione clinica ;
- Sanificazione della sala .



# CASO CLINICO

- 08/2015

Persistenza infezione in sede di espianto, vista la necessità di una prevenzione primaria si eseguono test di screening per l'impianto di :

## S-ICD

# CONCLUSIONE :

- Che cos'è
- 이게 뭐예요
- 它是什麼
- Was ist das
- What is it
- Qu'est-ce que c'est
- ШТО ГЭТА
- Kio estas ĝi
- それは何ですか
- မັນဗေဗလေဝဲဝဲ

S-ICD ?

GRAZIE